



Rzeszów, dnia 19.02.2021 r.

AD.ZP.3817-2/2021/KZ

Pytania i odpowiedzi

dot. zapytania ofertowego na *dostawę aparatu USG do Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6*

W związku ze złożonymi zapytaniem dotyczącym treści zapytania ofertowego na dostawę aparatu USG do Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie przesyła odpowiedź:

I

Pytania:

1) Dotyczy punktu 5 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją wysokości pulpitu w zakresie 11 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza

2) Dotyczy punktu 26 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją kąta bramki dopplerowskiej $\pm 89^\circ$.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

3) Dotyczy punktu 32C parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą microconvex o kącie skanowania 110°

Odp.: Zamawiający dopuszcza

4) Dotyczy punktu 45 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę urologiczną o częstotliwości pracy 3,0 – 9,0 MHz i kącie obrazowania 220° .

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

II

Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z monitorem wykonanym w technologii LED?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z regulacją wysokości konsoli w zakresie 10 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza



Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z zakresem częstotliwości pracy 2-16 MHz?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 4 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z funkcją automatycznej optymalizacji obrazu B po wciśnięciu jednego klawisza?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 6 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z Zoomem dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych, na obrazach z archiwum 8x. bez straty jakości obrazu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 7 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z korekcją kąta 80 stopni na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 8 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z trybem Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) na zaoferowanych głowicach linia i convex?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 9 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 31A

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta wyposażony w głowicę liniową pracująca w zakresie częstotliwości 5-12 MHz?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 10 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 31B

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta wyposażony w głowicę microconvex pracującą w zakresie częstotliwości 4-9 MHz, maksymalny kąt obrazowania 92 stopnie, max promień krzywizny 14 mmR?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 11 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta bez możliwości nagrywania komentarzy głosowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta bez regulacji wzmocnienia strefowego suwaków TGC oraz automatycznej optymalizacji w trybie B/M-Mode?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy



Pytanie 13 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta bez progu przejścia do analizy koloru w trybie Color Flow Mode?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 14 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 37, 42, 41, 52

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta bez modułu zdalnego serwisowania, bez możliwości rozbudowy o półautomatyczne liczenie frakcji wyrzutowej, bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem oraz bez możliwości rozbudowy o automatyczne pomiary biometrii płodu, ale z możliwością rozbudowy o Stress Echo, automatyczny pomiar kompleksu IMT, obrazowanie panoramiczne?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 15 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 44, 45, 46, 47

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę wolumetryczną 4-8 MHz, ale bez możliwości rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznową, głowicę liniową 8-18 MHz oraz głowicę neonatalną 6-12 MHz?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 16 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczną szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 4,0 MHz, Minimum 64 fizyczne elementy, Kąt obrazowania w trybie B minimum 90°.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 17 Dotyczy: Załącznik nr 1 pkt. 49

Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną, Zakres częstotliwości min. 3.0 – 8.0 MHz, Minimum 64 fizyczne elementy, Kat obrazowania w trybie B minimum 90 °

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy

Zatwierdził:

dr n. ekon. Grzegorz Materna - Dyrektor