

Rzeszów, dnia 22.10.2021 r.

AD.ZP.3817-28/2021/MC

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot.: zapytania ofertowego na **Modernizację systemu przywoławczego dwóch oddziałów (Neonatologicznego oraz Ginekologicznego) w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącym treści zapytania ofertowego na **Modernizację systemu przywoławczego dwóch oddziałów (Neonatologicznego oraz Ginekologicznego) w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4** Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie przesyła odpowiedzi:

I.

- jak jest zbudowany obecny system przywoławczy i czy istnieje jego dokumentacja do wglądu?

Odp.: System przywoławczy obecnie nie funkcjonuje prawidłowo i należy go wykonać na nowo w całości

- czy nowy system przywoławczy opierać się ma na oprzewodowaniu już istniejącym, czy jednak będzie układane wszystko od nowa?

Odp.: Należy wykonać cały odrębny nowy system przywoławczy (kompleksowo wraz z okablowaniem)

- jakie są założenia nowego systemu przywoławczego?

Odp.: Na oddziale ginekologicznym system ma pełnić rolę jedynie systemu przywoławczego pielęgniarek (czyli lampka sygnalizacyjna nad drzwiami sali chorych, w salach przy każdym łóżku przycisk przywoławczy – na zasadzie pilota, i panel informacyjny w dyżurce pielęgniarek)

natomiast na oddziale noworodkowym system ma funkcjonować jak wyżej tyle że należy zaplanować po dwa przyciski przywoławcze odrębny dla pielęgniarek a odrębny dla położnych, oraz powinien posiadać dwa panele informacyjne w dyżurce pielęgniarek a drugi w dyżurce położnych)

- kiedy jest możliwa wizja lokalna?

Odp.: Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 po uprzednim umówieniu się w celu dokonania wizji lokalnej

Zatwierdził:

.....