

Rzeszów, dnia 16.01.2024 r.

AD.ZP.3817-2/2024/MC

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot.: zapytania ofertowego na **dostawy pasków do glukometrów**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącym treści zapytania ofertowego na **dostawy pasków do glukometrów** Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie przesyła odpowiedzi:

II.

W związku z ogłoszonym postępowaniem na dostawy testów paskowych do badania stężenia glukozy we krwi zwracamy się z prośbą o :

1. Dopuszczenie testów paskowych i glukometrów z zakresem hematokrytu 0-70% (najszerszym na rynku), a więc zawierającym wymagany w OPZ zakres 10-65%.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o potwierdzenie, że wymagany zakres hematokrytu dotyczy próbek krwi pobranych od pacjentów w każdym wieku w tym osoby dorosłe, młodzież, dzieci..

Odp.: Tak

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w celu poprawy jakości pracy personelu w warunkach słabego oświetlenia wymaga aby zaoferowane glukometry posiadały podświetlany port paska?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Zatwierdził:

dr n. ekon. Grzegorz Materna - Dyrektor