

Rzeszów, dnia 25.01.2022 r.

AD.ZP.3817-1/2022/MC

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dot.: zapytania ofertowego na **dostawy pasków do glukometrów**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącym treści zapytania ofertowego na **dostawy pasków do glukometrów** Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie przesyła odpowiedzi:

I.

1. Czy Zamawiający dopuści glukometr z żywotnością baterii do 750 pomiarów ?
2. Czy Zamawiający dopuści paski pakowane po 100 szt. (2 fiołki po 50 szt. w każdym opakowaniu)?
3. Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego?
4. Czy będzie wymagał, aby system dawał możliwości badania krwi włosniczkowej, żyłnej, tętnicznej i noworodkowej?

Odp:

Ad. 1-2- Tak Zamawiający dopuszcza.

Ad. 3 – 4 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zatwierdził:

dr n. ekon. Grzegorz Materna - Dyrektor